
PILE DYNAMICS, INC.

4/14/86 CAL GAGE NO. 594 C



INIT _____

4/14/86 CAL
GAGE NO. 594C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.667	0.782
3	155.725	1.524
4	233.532	2.317
5	312.883	3.063
6	401.754	3.776
7	460.928	4.507
8	536.615	5.217
9	611.483	5.882
10	689.718	6.602
11	760.030	7.302

GAGE CALIBRATION FACTOR= 104.346 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.7014 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED