
PILE DYNAMICS, INC.

4/14/86 CAL GAGE NO. 595 C



INIT _____

4/14/86 CAL
GAGE NO. 595C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.675	0.681
3	159.296	1.336
4	232.863	1.951
5	309.703	2.576
6	384.385	3.167
7	467.213	3.824
8	530.701	4.331
9	609.363	4.962
10	687.840	5.586
11	761.444	6.172

GAGE CALIBRATION FACTOR= 123.865 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.0717 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED