
PILE DYNAMICS, INC.

4/14/86 CAL GAGE NO. 596 C



INIT _____

4/14/86 CAL
GAGE NO. 596C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.526	0.767
3	159.500	1.503
4	233.067	2.195
5	309.796	2.910
6	385.743	3.589
7	471.007	4.335
8	532.654	4.901
9	610.553	5.626
10	689.104	6.334
11	761.500	6.994

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.272 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.9262 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED