
PILE DYNAMICS, INC.

4/14/86 CAL GAGE NO. 598 C




INIT

4/14/86 CAL
GAGE NO. 598C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 77.751 | 0.756 |
| 3 | 155.763 | 1.523 |
| 4 | 232.305 | 2.254 |
| 5 | 309.331 | 2.989 |
| 6 | 384.367 | 3.700 |
| 7 | 457.636 | 4.341 |
| 8 | 536.224 | 5.099 |
| 9 | 605.886 | 5.740 |
| 10 | 685.831 | 6.472 |
| 11 | 757.948 | 7.143 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.381 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.9080 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED