
PILE DYNAMICS, INC.

4/21/86 CAL GAGE NO. 599 C



INIT

4/21/86 CAL
GAGE NO. 599C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.073	0.767
3	158.540	1.499
4	235.337	2.241
5	310.368	2.947
6	392.111	3.663
7	485.286	4.452
8	537.340	4.984
9	612.669	5.672
10	686.956	6.330
11	765.241	7.025

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.162 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.6637 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED