Pile Dynamics, Inc.
Transducer 511



PDA Cal Factor	=	113.0 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	392.3 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
84	.76
153	1.38
231	2.08
309	2.78
394	3.53
468	4.19
551	4.91
626	5.56
706	6.27
789	6.99

Calibrated by: Jason Barr

Calibrated on: 14-Mar-95