# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 535




PDA Cal Factor = 109.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 381.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 72 | .67 |
| 147 | 1.37 |
| 223 | 2.07 |
| 301 | 2.78 |
| 377 | 3.47 |
| 457 | 4.20 |
| 530 | 4.86 |
| 608 | 5.56 |
| 688 | 6.27 |
| 765 | 6.97 |

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2