Pile Dynamics, Inc.

Transducer 541



PDA Cal Factor = 109.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 378.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
76	.72
154	1.45
228	2.13
303	2.82
381	3.54
458	4.25
535	4.94
613	5.65
687	6.31
764	7.01

Calibrated by: Jason Bank

Calibrated on: 13-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2