PILE DYNAMICS, INC.

GAGE 603H

01-Sep-93



PDA Cal Factor = 101.7 ME/V
Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Gage Factor= 353.2 ME/mV/V

Strain ME	Gage Volts
0.	.00
76.	.75
140.	1.36
208.	2.02
288.	2.81
355.	3.46
441.	4.30
507.	4.95
576.	5.64
642.	6.30
708.	6.98