PILE DYNAMICS, INC.

8/19/86 CAL GAGE NO. 700 C



INIT _____

8/19/86 CAL
GAGE NO. 700C

NO. APPLD.	STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	82.320	0.810
3	156.896	1.540
4	232.142	2.264
5	304.744	2.955
6	375.559	3.622
7	459.629	4.417
8	527.615	5.060
9	603.829	5.778
10	677.734	6.482
11	753.315	7.192

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.078 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.5831 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED