PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 708 C

12-Mar-91



PDA Gage Factor = 102.5 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KO) = 5.0 VOLTS

General Gage Factor = 355.8 ME/mV/V
Statistical Offset = -.4

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	78.6	.75
3	161.3	1.55
4	238.7	2.33
5	314.3	3.06
6	380.5	3.70
7	463.2	4.53
8	535.2	5.23
9	614.6	6.01
10	686.3	6.69
11	763.1	7.41