PILE DYNAMICS, INC.

9/3/86 CAL GAGE NO. 709 C



INIT _____

9/3/86 CAL
GAGE NO. 709C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.723	0.722
3	149.881	1.396
4	230.146	2.140
5	305.179	2.829
6	380.875	3.508
7	453.880	4.165
8	521.984	4.779
9	606.119	5.548
10	681.004	6.221
11	756.074	6.903

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.816 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.7260 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED