PILE DYNAMICS, INC.

9/3/86 CAL GAGE NO. 712 C



INIT _____

9/3/86 CAL
GAGE NO. 712C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	68.712	0.683
3	158.394	1.514
4	231.491	2.197
5	307.371	2.902
6	377.116	3.544
7	451.364	4.223
8	527.052	4.904
9	602.434	5.590
10	680.470	6.288
11	755.134	6.982

GAGE CALIBRATION FACTOR= 108.645 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.3611 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED