PILE DYNAMICS, INC.

12/8/86 CAL GAGE NO. 713 C



INIT

12/8/66 CAL
GAGE NO. 713C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.452	0.804
3	156.684	1.553
4	229.905	2.265
5	305.435	2.985
6	366.812	3.542
7	453.702	4.372
8	528.765	5.078
9	602.266	5.765
10	676.344	6.457
11	751.390	7.175

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.405 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.0729 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED