PILE DYNAMICS, INC.

12/8/86 CAL

GAGE NO. 714 C



INIT

12/8/86 CAL
GAGE NO. 714C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.726	0.819
3	156.218	1.581
4	229.477	2.308
5	305.640	3.046
6	360.984	3.642
7	453.962	4.493
8	528.785	5.215
9	602.471	5.917
10	676.270	6.632
11	751.707	7.345

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.725 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.1046 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED