PILE DYNAMICS, INC.

9/3/86 CAL GAGE NO. 715 C



INIT _____

9/3/86 CAL
GAGE NO. 715C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.892	0.759
3	156.735	1.459
4	231.952	2.132
5	308.238	2.817
6	380.801	3.462
7	456.128	4.123
8	530.608	4.783
9	603.945	5.432
10	680.710	6.110
11	756.405	6.758

GAGE CALIBRATION FACTOR= 111.930 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.6948 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED