PILE DYNAMICS, INC.

9/3/86 CAL GAGE NO. 716 C



INIT _____

9/3/86 CAL
GAGE NO. 716C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.800	0.806
3	156.717	1.559
4	231.731	2.283
5	308.127	3.033
6	381.704	3.737
7	455.962	4.462
8	530.716	5.182
9	606.340	5.899
10	681.870	6.645
11	756.571	7.386

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.839 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.2653 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED