PILE DYNAMICS, INC.

9/3/86 CAL

GAGE NO. 717 C



INIT

9/3/86 CAL
GAGE NO. 717C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.686	0.773
3	151.944	1.503
4	228.856	2.266
5	304.294	3.001
6	381.206	3.739
7	452.959	4.417
8	530.682	5.154
9	605.124	5.861
10	679.641	6.569
11	755.709	7.285

GAGE CALIBRATION FACTOR= 103.802 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.1808 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED