PILE DYNAMICS, INC.

9/3/86 CAL GAGE NO. 718 C



INIT _____

9/3/86 CAL
GAGE NO. 718C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	76.249	0.724
3	151.115	1.410
4	228.193	2.118
5	303.944	2.795
6	380.985	3.492
7	450.950	4.130
8	529.871	4.831
9	604.572	5.495
10	678.019	6.164
11	755.853	6.841

GAGE CALIBRATION FACTOR= 110.652 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.0929 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED