PILE DYNAMICS, INC.

GAGE NO. 719C

05-Dec-87



Gage Calibration Factor = 107.3 ME/V
Gage Ref. Shunt (60.4KΩ) = 5.0 VOLTS
Offset = -4.6

No.	Applied Strain ME	Gage Voltage V
1	.0	.00
2	82.6	.81
3	159.4	1.54
4	235.7	2.26
5	312.3	2.98
6	391.3	3.71
7	463.4	4.37
8	541.2	5.09
9	618.2	5.81
10	693.9	6.51
11	773.2	7.23