
PILE DYNAMICS, INC.

9/24/86 CAL GAGE NO. 732 C



INIT _____

9/24/86 CAL
GAGE NO. 732C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.816	0.733
3	157.325	1.427
4	230.502	2.095
5	305.208	2.758
6	377.263	3.406
7	452.207	4.094
8	527.741	4.777
9	604.047	5.455
10	680.023	6.140
11	754.986	6.819

GAGE CALIBRATION FACTOR= 110.851 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.6590 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED