
PILE DYNAMICS, INC.

9/24/86 CAL GAGE NO. 733 C



INIT _____

9/24/86 CAL
GAGE NO. 733C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.767	0.810
3	157.104	1.625
4	229.766	2.390
5	305.373	3.158
6	378.551	3.887
7	453.348	4.636
8	528.800	5.389
9	604.968	6.138
10	674.317	6.817
11	755.115	7.618

GAGE CALIBRATION FACTOR= 99.157 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.8487 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED