
PILE DYNAMICS, INC.

9/24/86 CAL GAGE NO. 736 C



INIT _____

9/24/86 CAL
GAGE NO. 736C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.803	0.793
3	158.006	1.588
4	229.214	2.351
5	321.036	3.222
6	403.803	4.010
7	456.441	4.589
8	526.379	5.262
9	607.728	6.075
10	679.618	6.797
11	755.832	7.549

GAGE CALIBRATION FACTOR= 100.247 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ) = 5.000 VOLTS

OFFSET = -1.1170 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED