
PILE DYNAMICS, INC.

9/29/86 CAL GAGE NO. 737 C



INIT _____

9/29/86 CAL
GAGE NO. 737C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.997	0.771
3	157.052	1.520
4	230.014	2.227
5	302.193	2.913
6	377.387	3.631
7	451.428	4.325
8	528.149	5.052
9	601.519	5.743
10	677.458	6.450
11	750.717	7.133

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.302 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.7207 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED