
PILE DYNAMICS, INC.

9/29/86 CAL GAGE NO. 739 C




INIT _____

9/29/86 CAL
GAGE NO. 739C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 80.890 | 0.726 |
| 3 | 156.792 | 1.432 |
| 4 | 230.609 | 2.128 |
| 5 | 306.809 | 2.838 |
| 6 | 378.876 | 3.489 |
| 7 | 453.289 | 4.168 |
| 8 | 526.920 | 4.842 |
| 9 | 603.753 | 5.534 |
| 10 | 677.793 | 6.205 |
| 11 | 748.633 | 6.849 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 109.211 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.4546 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED