
PILE DYNAMICS, INC.

9/29/86 CAL GAGE NO. 740 C



INIT

9/29/86 CAL
GAGE NO. 740C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.350	0.768
3	157.015	1.500
4	230.330	2.228
5	307.516	2.965
6	379.063	3.652
7	453.717	4.350
8	525.934	5.040
9	603.437	5.756
10	677.421	6.444
11	749.470	7.108

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.368 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.4105 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED