
PILE DYNAMICS, INC.

9/29/86 CAL GAGE NO. 741 C



INIT _____

9/29/86 CAL
GAGE NO. 741C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.002	0.765
3	152.511	1.444
4	230.088	2.183
5	303.980	2.873
6	378.430	3.559
7	452.731	4.234
8	526.101	4.906
9	600.738	5.593
10	679.357	6.325
11	752.057	6.993

GAGE CALIBRATION FACTOR= 107.868 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -2.8451 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED