
PILE DYNAMICS, INC.

9/29/86 CAL GAGE NO. 742 C




INIT _____

9/29/86 CAL
GAGE NO. 742C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 82.116 | 0.785 |
| 3 | 157.022 | 1.509 |
| 4 | 232.189 | 2.231 |
| 5 | 304.785 | 2.917 |
| 6 | 378.500 | 3.602 |
| 7 | 453.015 | 4.260 |
| 8 | 528.238 | 4.951 |
| 9 | 602.287 | 5.621 |
| 10 | 675.852 | 6.321 |
| 11 | 744.257 | 6.960 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 107.630 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.5094 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED