
PILE DYNAMICS, INC.

10/22/86 CAL GAGE NO. 743 C



INIT _____

10/22/86 CAL
GAGE NO. 743C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.460	0.791
3	155.427	1.513
4	230.803	2.257
5	306.161	2.997
6	379.303	3.701
7	455.889	4.456
8	527.299	5.134
9	602.266	5.861
10	655.558	6.449
11	754.062	7.337

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.602 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.3748 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED