
PILE DYNAMICS, INC.

10/22/86 CAL GAGE NO. 756 C



INIT

10/22/86 CAL
GAGE NO. 756C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.722	0.835
3	155.972	1.628
4	231.247	2.400
5	306.391	3.149
6	379.783	3.867
7	452.579	4.584
8	528.897	5.281
9	603.929	5.994
10	677.843	6.698
11	749.409	7.373

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.105 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -9.2132 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED