
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 757 C



INIT

11/18/86 CAL
GAGE NO. 757C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.087	0.797
3	155.761	1.529
4	230.346	2.255
5	302.287	2.947
6	378.138	3.672
7	451.681	4.367
8	528.351	5.096
9	602.712	5.798
10	677.409	6.509
11	753.484	7.226

GAGE CALIBRATION FACTOR= 104.703 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.3160 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED