
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 758 C



INIT

11/18/86 CAL
GAGE NO. 758C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.101	0.826
3	156.152	1.591
4	229.527	2.343
5	300.165	3.065
6	377.151	3.827
7	451.383	4.565
8	528.109	5.322
9	602.340	6.057
10	677.186	6.797
11	753.130	7.537

GAGE CALIBRATION FACTOR= 99.958 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.0581 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED