
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 759 C



INIT _____

11/18/86 CAL
GAGE NO. 759C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.254	0.765
3	155.672	1.540
4	232.052	2.257
5	307.052	3.005
6	381.082	3.711
7	456.082	4.427
8	530.410	5.129
9	601.231	5.797
10	675.783	6.503
11	753.657	7.239

GAGE CALIBRATION FACTOR= 104.392 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.046S CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED