
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 760 C



INIT

11/10/86 CAL
GAGE NO. 760C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.993	0.817
3	155.000	1.605
4	231.772	2.389
5	307.295	3.146
6	380.951	3.885
7	455.951	4.627
8	530.260	5.353
9	603.004	6.045
10	676.287	6.775
11	753.843	7.533

GAGE CALIBRATION FACTOR= 100.377 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.1898 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED