
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 761 C



INIT _____

11/18/86 CAL
GAGE NO. 761C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	74.104	0.769
3	153.172	1.589
4	228.918	2.360
5	303.843	3.114
6	378.060	3.848
7	452.761	4.583
8	529.515	5.331
9	603.358	6.043
10	678.992	6.772
11	752.164	7.477

GAGE CALIBRATION FACTOR= 100.796 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.8983 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED