
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 762 C



INIT

11/18/86 CAL
GAGE NO. 762C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	75.000	0.714
3	152.817	1.476
4	229.384	2.186
5	304.981	2.894
6	377.612	3.599
7	452.724	4.316
8	529.123	5.047
9	604.179	5.743
10	679.608	6.457
11	752.164	7.152

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.251 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.7484 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED