
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 763 C



INIT

11/18/86 CAL
GAGE NO. 763C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.798	0.730
3	153.746	1.456
4	229.254	2.141
5	300.485	2.789
6	379.254	3.493
7	453.335	4.147
8	528.759	4.802
9	603.022	5.445
10	678.582	6.100
11	755.224	6.744

GAGE CALIBRATION FACTOR= 112.036 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -7.2538 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED