
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 764 C



INIT _____

11/18/86 CAL
GAGE NO. 764C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.093	0.753
3	155.821	1.511
4	229.813	2.207
5	300.989	2.874
6	379.515	3.603
7	454.981	4.286
8	528.713	4.978
9	603.638	5.659
10	679.851	6.350
11	754.963	7.044

GAGE CALIBRATION FACTOR= 107.412 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ) = 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.3341 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED