
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 765 C




INIT

11/18/86 CAL
GAGE NO. 765C

| NO. | APPLD. STRAIN ME | GAGE VOLTAGE V |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 80.336 | 0.812 |
| 3 | 154.813 | 1.560 |
| 4 | 237.351 | 2.379 |
| 5 | 305.112 | 3.050 |
| 6 | 382.164 | 3.806 |
| 7 | 453.433 | 4.499 |
| 8 | 537.127 | 5.320 |
| 9 | 604.552 | 5.978 |
| 10 | 678.992 | 6.696 |
| 11 | 755.410 | 7.431 |

GAGE CALIBRATION FACTOR= 101.753 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.1611 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED