
PILE DYNAMICS, INC.

11/25//86 CAL GAGE NO. 766 C



INIT

11/25//86 CAL
GAGE NO. 7650

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.403	0.767
3	156.172	1.524
4	232.266	2.271
5	305.491	2.987
6	376.147	3.679
7	451.421	4.412
8	526.360	5.138
9	603.158	5.889
10	678.174	6.617
11	753.187	7.335

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.582 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KO)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.5422 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED