
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 767 C



INIT

11/18/86 CAL
GAGE NO. 767C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.709	0.837
3	155.149	1.607
4	230.672	2.385
5	304.851	3.141
6	379.254	3.899
7	453.619	4.671
8	524.478	5.403
9	603.395	6.220
10	679.179	6.997
11	752.500	7.745

GAGE CALIBRATION FACTOR= 97.213 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.5166 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED