
PILE DYNAMICS, INC.

11/18/86 CAL GAGE NO. 768 C



INIT _____

11/18/86 CAL
GAGE NO. 768C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.765	0.835
3	155.336	1.606
4	230.597	2.378
5	304.104	3.121
6	379.888	3.844
7	454.160	4.569
8	526.194	5.240
9	603.638	6.025
10	679.739	6.757
11	753.190	7.464

GAGE CALIBRATION FACTOR= 101.363 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.3008 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED