
PILE DYNAMICS, INC.

11/25//86 CAL GAGE NO. 769 C



INIT

11/25//86 CAL
GAGE NO. 759C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.544	0.808
3	156.005	1.624
4	232.824	2.423
5	305.901	3.187
6	377.692	3.918
7	452.017	4.692
8	527.104	5.453
9	603.291	6.240
10	678.956	7.003
11	753.411	7.761

GAGE CALIBRATION FACTOR= 96.906 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.8811 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED