
PILE DYNAMICS, INC.

11/25//86 CAL GAGE NO. 770 C



INIT _____

11/25//86 CAL
GAGE NO. 770C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.781	0.819
3	156.992	1.584
4	230.217	2.291
5	305.379	3.001
6	376.668	3.669
7	451.905	4.371
8	527.589	5.062
9	601.932	5.745
10	677.392	6.442
11	751.958	7.117

GAGE CALIBRATION FACTOR= 106.365 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -8.8891 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED