
PILE DYNAMICS, INC.

11/25//86 CAL GAGE NO. 771 C



INIT

11/25//86 CAL
GAGE NO. 771C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.526	0.876
3	157.454	1.719
4	230.720	2.520
5	305.919	3.342
6	375.718	4.117
7	451.216	4.934
8	526.453	5.751
9	601.317	6.559
10	676.253	7.392
11	752.535	8.195

GAGE CALIBRATION FACTOR= 91.659 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.3485 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED