
PILE DYNAMICS, INC.

11/25//86 CAL GAGE NO. 772 C



INIT

11/25//86 CAL
GAGE NO. 772C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	77.509	0.808
3	153.490	1.607
4	230.776	2.399
5	299.271	3.083
6	373.918	3.825
7	449.745	4.570
8	526.508	5.321
9	602.565	6.065
10	676.274	6.760
11	749.612	7.482

GAGE CALIBRATION FACTOR= 100.647 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -6.4420 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9998

VALUES ARE AVERAGED