
PILE DYNAMICS, INC.

11/25//86 CAL GAGE NO. 773 C



INIT

11/25//86 CAL
GAGE NO. 773C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	78.459	0.795
3	153.882	1.578
4	230.962	2.363
5	303.461	3.043
6	372.962	3.802
7	449.614	4.568
8	527.067	5.340
9	602.602	6.109
10	675.623	6.849
11	748.457	7.578

GAGE CALIBRATION FACTOR= 98.764 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -0.6784 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED