
PILE DYNAMICS, INC.

11/25//86 CAL GAGE NO. 774 C



INIT

11/25//86 CAL
GAGE NO. 774C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	79.297	0.779
3	156.209	1.542
4	231.521	2.288
5	304.895	3.006
6	376.445	3.690
7	451.681	4.397
8	529.004	5.116
9	603.347	5.805
10	678.545	6.494
11	752.954	7.180

GAGE CALIBRATION FACTOR= 105.008 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -5.6316 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED