
PILE DYNAMICS, INC.

12/8/86 CAL GAGE NO. 776 C



INIT

12/8/86 CAL
GAGE NO. 776C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.074	0.805
3	154.784	1.552
4	229.123	2.282
5	304.764	3.021
6	378.544	3.734
7	452.286	4.448
8	527.518	5.166
9	600.777	5.873
10	677.871	6.612
11	751.315	7.305

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.984 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ) = 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.9692 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED