
PILE DYNAMICS, INC.

12/8/86 CAL GAGE NO. 777 C



INIT

12/8/06 CAL
GAGE NO. 777C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	80.781	0.804
3	155.455	1.556
4	230.054	2.288
5	305.267	3.035
6	378.805	3.745
7	451.877	4.457
8	527.630	5.170
9	601.391	5.873
10	677.405	6.604
11	749.248	7.298

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.597 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -3.9191 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED